

	Staal Identificatie	Code: JYZ-AFN-2215
		Versie: 4.0
		Gepubliceerd: 12-05-2026 Geldig tot: 11-05-2029

Indicaties	Contra indicaties	Complicaties	Benodigdheden	Vorbereiding
Werkwijze	Aandachtspunten	Observaties	Frequentie	Diversen

1 Toepassing

Beschrijving hoe humane stalen (bloed, urine, sputum, ...), afgenomen buiten het labo, correct worden **geïdentificeerd**. Dit zorgt ervoor dat het resultaat van het onderzoek wordt gekoppeld aan de juiste patiënt. **Indien gebruik gemaakt wordt van pre-gebarcodeerde materialen: zie [Cyberlab-Handleiding-voor-de-huisarts.pdf](#)**

2 Doelgroep

Alle zorgverstrekkers (artsen, verpleegkundigen) van het JYZ.

3 Definitie & afkortingen

NVT

4 Indicaties

Elk recipiënt met een humaan staal, dat voor analyse aan het klinisch labo wordt bezorgd.

5 Contra indicaties

NVT

6 Complicaties

- Labo- of Identificatieklever van een andere patiënt
- Laboklevers van een ander staal
- Laboklevers van een staal dat reeds is afgenomen
- Onvolledige identificatie

7 Benodigdheden

- Labels: standaard worden Labo labels (klein formaat) gebruikt.
In NOOD situatie worden Administratieve labels gebruikt (klein formaat of groot formaat).
- Correct ingevuld en (door de arts) getekend aanvraagformulier of elektronische aanvraag is beschikbaar in Cyberlab.

8 Vorbereiding

NVT

9 Werkwijze

- Controleer welke tubes dienen afgenomen te worden. Consulteer zo nodig de Labogids.
- Identificeer de nodige tubes. Let op de vervaldatum.
Elk individueel staal moet **duidelijk geïdentificeerd** zijn op minstens één van de volgende manieren:
 - o met een Labo label geprint via Cyberlab (elektronisch order invoer). De werkwijze voor de elektronische aanvraag in het JYZ staat beschreven in 'Handleiding Cyberlab voor Labo orders' [ZORG-GBA-0018](#). Deze toepassing vereist vooraf een specifieke opleiding.
 - o met een Administratief label (naam, voornaam, geboortedatum, opnamenr, behandelende arts).
 - o Schriftelijk (naam, voornaam) in duidelijk leesbare tekst.

- !! Aandachtspunten:
- Cyberlab labels: controleer of de tekst op het label correspondeert met het type tube
bv. 'HEP Oranje' wordt gekleefd op een tube met oranje stop.
 - Hemocultuur flessen: label NIET over de barcode van de fles kleven,
flessen steeds nummeren van 1 tot 6 volgens volgorde van afname.
 - 24u collecties: kleef het label op de pot, niet op het deksel
 - Sputum-, feces- en urinepotjes: klever verticaal kleven zodat scannen mogelijk is.
- Stalen die niet via Cyberlab zijn afgenomen, zijn steeds vergezeld van een volledig ingevuld **aanvraagformulier**, voorzien van
- een correcte administratieve klever van het correcte contact (let op datum!),
 - stempel en handtekening van de aanvragende arts,
 - datum aanvraag, datum en tijdstip afname,
 - identiteit (badgenummer) van de persoon die de afname heeft uitgevoerd.
- Zie ook JYZ-PRO- 3462 'Aanvraag voor laboratoriumonderzoek'.
- Controleer de naam op de labels met de naam op de identificatieband van de patiënt.
Ideaal wordt de naam ook actief bevraagd aan de patiënt (extra controle).

10 Aandachtspunten

- De persoon die het staal afneemt is verantwoordelijk voor de correcte identificatie van de stalen.
Hij/zij controleert:
- of hij/zij zich bij de juiste patiënt bevindt + verificatie a.d.h.v. het identificatiearmbandje.
 - of alle recipiënten correct geïdentificeerd zijn **alvorens ze in een plastieken zakje te steken**.
 - of het toegevoegde aanvraagformulier het correcte is.
- **Voor elk staal dat in het labo wordt bezorgd zonder identificatie of waarvan de identificatie niet overeenstemt met het aanvraagformulier wordt er onverwijld contact opgenomen met de dienst om een nieuwe afname met bijhorende aanvraag te bezorgen.**
In uitzonderlijke omstandigheden, als elke vergissing is uitgesloten en op persoonlijke verantwoordelijkheid, kan de persoon die de staalafname heeft uitgevoerd het staal aan de balie van het lab komen identificeren. Deze actie wordt geregistreerd in de computer van het lab.
Bij de minste onzekerheid volgt een nieuwe afname en aanvraag!

11 Observaties

Controleer voor het verzenden of het wegbrengen nog eens of alle stalen voorzien zijn van een identificatieklever van de juist patiënt.

12 Transport naar het laboratorium

Stalen mogen zowel persoonlijk naar het labo gebracht worden als met de buizenpost.
Zie procedure JYZ-AFN-2245 Staal verzending intern.

13 Opleiding

Voor verpleging: 2M opleiding. Continue opleiding nog af te spreken met departement VPK.

14 Diversen

NVT

Label correct = Labo resultaat sneller gekend

Waarop letten?

- ✓ Kleur vermeld op Label = Kleur van stop van tube
- ✓ Label recht kleven in de lengte richting van tube, fles en potje
- ✓ Label NOOIT op barcode kleven die al op HK fles voorzien is
- ✓ Ordernummer is leesbaar en staat bovenaan (niet op z'n kop)



Labo Klinische Biologie – Bijlage van AFN-0012 v6.0 – 2202-04-11